

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE GUANTES DE USO SANITARIO, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de guantes de uso sanitario, con destino a los Centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

2. LOTES, CONSUMO ANUAL ESTIMADO Y PRECIOS UNITARIOS

Las cantidades serán orientativas y en ningún caso vinculantes para la Administración. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

Lotes	Denominación	Unidad de medida	Consumo anual estimado (unid/año)	Precio unitario (IVA excluido)
1	Par de guantes de cirugía, de látex, con polvo, estériles	Par	433.000	0,2050
2	Par de guantes de cirugía, de látex, sin polvo, estériles	Par	964.600	0,3550
3	Par de guantes de cirugía, de poliisopreno, sin polvo, estériles	Par	40.000	0,9500
4	Par de guantes de cirugía, de policloropreno o neopreno, sin polvo, estériles	Par	220.000	0,7700
5	Par de guantes de cirugía, para protección radiológica, estériles	Par	2.300	30,0000
6	Par de guantes de examen, de látex, sin polvo, estériles	Par	246.600	0,1600
7	Guantes de examen, de látex, sin polvo, no estériles	Unidad	1.148.000	0,0370
8	Par de guantes de examen, de vinilo, sin polvo, estériles	Par	19.700	0,0900
9	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	Unidad	23.451.000	0,0200
10	Par de guantes de examen, de nitrilo, estériles	Par	111.700	0,2200
11	Guantes de examen, de nitrilo, estériles	Unidad	25.000	0,1290
12	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	Unidad	53.572.000	0,0300
13	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles, extralargos	Unidad	98.500	0,0600
14	Guantes de examen, de polietileno, estériles	Unidad	128.000	0,0590
15	Guantes de examen, de polietileno, no estériles	Unidad	4.640.000	0,0028

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Los productos objeto de este expediente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan a nivel nacional la comercialización de los productos sanitarios y el R.D.1407/1992 (modif. RD 159/1995) por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Si alguna de las características técnicas indicadas determina una marca o modelo exclusivo, dicha indicación deberá entenderse como equivalente.
- Las tallas solicitadas en cada lote, son las mínimas requeridas, pudiendo presentar otras a mayores que las complementen.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Lote 1. PAR DE GUANTES DE CIRUGÍA, DE LÁTEX, CON POLVO, ESTÉRILES

- Par de guantes quirúrgicos de látex, empolvados con polvos de arroz o de maíz, nunca polvos de talco, estériles
- Forma anatómica con el pulgar colocado hacia la superficie de la planta de la mano del dedo índice
- Puño ajustable anatómicamente con reborde
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 9 Newtons
- Contenido en proteínas de látex ≤ 50 $\mu\text{gr}/\text{gr}$
- Tallas: de la 6 a la 9 en incremento de $\frac{1}{2}$ punto.
- Envasado estéril por pares con sobre interior de separación y talla marcada.
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad.
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - UNE-EN 388
 - ASTM F 1671

Lote 2. PAR DE GUANTES DE CIRUGÍA, DE LÁTEX, SIN POLVO, ESTÉRILES

- Par de guantes quirúrgicos de látex, con revestimiento interno que facilite el calzado, sin polvo, estériles
- Forma anatómica con el pulgar colocado hacia la superficie de la planta de la mano del dedo índice
- Puño ajustable anatómicamente con reborde
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 9 Newtons
- Contenido en proteínas de látex $\leq 50 \mu\text{gr}/\text{gr}$
- Tallas: de la 6 a la 9 en incremento de $\frac{1}{2}$ punto.
- Envasado estéril por pares con sobre interior de separación y talla marcada.
- Caja dispensadora con talla, nº de lote y fecha de caducidad.
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - UNE-EN 388
 - ASTM F 1671

Lote 3. PAR DE GUANTES DE CIRUGÍA, DE POLIISOPRENO, SIN POLVO, ESTÉRILES

- Par de guantes quirúrgicos de poliisopreno, sin polvo, estériles.
- Revestimiento interno de polímero
- Forma anatómica con el pulgar colocado hacia la superficie de la planta de la mano del dedo índice
- Puño ajustable anatómicamente con reborde
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 9 Newtons
- Tallas: de la 6 a la 8,5 en incremento de $\frac{1}{2}$ punto.
- Envasado estéril por pares con sobre interior de separación.
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad.
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - UNE-EN 388
 - ASTM F 1671

Lote 4. PAR DE GUANTES DE CIRUGÍA, DE POLICLOROPRENO O NEOPRENO, SIN POLVO, ESTÉRILES

- Par de guantes quirúrgicos de policloropreno o neopreno, sin polvo, estériles.
- Revestimiento interno de polímero
- Forma anatómica con el pulgar colocado hacia la superficie de la planta de la mano del dedo índice
- Puño ajustable anatómicamente con reborde
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 9 Newtons
- Tallas: de la 6 a la 8,5 en incremento de $\frac{1}{2}$ punto.
- Envasado estéril por pares con sobre interior de separación.
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad.
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - UNE-EN 388
 - ASTM F 1671

Lote 5. PAR DE GUANTES DE CIRUGÍA, PARA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, ESTÉRILES

- Par de guantes quirúrgicos para protección radiológica, estériles
- Atenuación $\geq 58\%$ en radiación dispersa frente a la tensión de 60 Kv.
- Forma anatómica con el pulgar colocado hacia la superficie de la planta de la mano del dedo índice
- Microtexturado en toda la palma de la mano
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 9 Newtons
- Tallas: de la 6,5 a la 9 en incremento de $\frac{1}{2}$ punto.
- Envasado estéril por pares.
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad.
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - UNE-EN 421:2010

Lote 6. PAR DE GUANTES DE EXAMEN, DE LÁTEX, SIN POLVO, ESTÉRILES

- Par de guantes de examen, de látex, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, estériles
- Puño ajustable anatómicamente, con reborde
- Tallas pequeña (S), mediana (M) y grande (L)
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 9 Newtons
- Contenido en proteínas de látex $\leq 50 \mu\text{gr}/\text{gr}$
- Envasado estéril por pares.
- Caja dispensadora con la talla el nº de lote y fecha de caducidad.
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671

Lote 7. GUANTES DE EXAMEN, DE LÁTEX, SIN POLVO, NO ESTÉRILES

- Guantes de examen, de látex, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, no estériles
- Ambidextros
- Puño ajustable anatómicamente con reborde
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 9 Newtons
- Contenido en proteínas de látex $\leq 50 \mu\text{gr}/\text{gr}$
- Tallas pequeña (S), mediana (M) y grande (L)
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad.
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671

Lote 8. PAR DE GUANTES DE EXAMEN, DE VINILO, SIN POLVO, ESTÉRILES

- Par de guantes de examen, de vinilo, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, estériles
- Puño con reborde
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste $\geq 3,6$ Newtons
- Tallas pequeña (S), mediana (M) y grande (L)
- Envasado estéril por pares
- Caja dispensadora con la talla el nº de lote y fecha de caducidad
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671

Lote 9. GUANTES DE EXAMEN, DE VINILO, SIN POLVO, NO ESTÉRILES.

- Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, no estériles
- Puño con reborde
- Ambidextros
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste $\geq 3,6$ Newtons
- Tallas pequeña (S), mediana (M) y grande (L)
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671

Lote 10. PAR DE GUANTES DE EXAMEN, DE NITRILO, ESTÉRILES.

- Par de guantes de examen, de nitrilo, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, estériles
- Puño ajustable anatómicamente, con reborde
- Resistente a citostáticos y agentes químicos
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 6 Newtons
- Tallas pequeña (S), mediana (M), grande (L) y súper-grande (XL)
- Envasado estéril por pares y talla marcada.
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671
 - ASTM 6978

Lote 11. GUANTES DE EXAMEN, DE NITRILO, ESTÉRILES.

- Guantes de examen, de nitrilo, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, estériles
- Puño ajustable anatómicamente, con reborde
- Resistente a citostáticos y agentes químicos
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 6 Newtons
- Tallas pequeña (S), mediana (M), grande (L)
- Envasado estéril por unidades.
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671
 - ASTM 6978

Lote 12. GUANTES DE EXAMEN, DE NITRILO, NO ESTÉRILES.

- Guantes de examen, de nitrilo, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, no estériles
- Puño ajustable anatómicamente con reborde
- Ambidextros
- Resistente a citostáticos y agentes químicos
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 6 Newtons
- Tallas pequeña (S), mediana (M), grande (L) y súper-grande (XL)
- Longitud < 28 cm
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671
 - ASTM 6978

Lote 13. GUANTES DE EXAMEN, DE NITRILO, NO ESTÉRILES, EXTRALARGOS.

- Guantes de examen, de nitrilo, sin polvo, con revestimiento interno que facilite el calzado, no estériles
- Puño ajustable anatómicamente con reborde
- Superficie interna lisa
- Ambidextros
- Resistente a citostáticos y agentes químicos
- A.Q.L. $\leq 1,5$
- Resistencia a la rotura antes del desgaste ≥ 6 Newtons
- Tallas pequeña (S), mediana (M), grande (L) y súper-grande (XL)
- Longitud ≥ 28 cm
- Caja dispensadora con la talla, el nº de lote y fecha de caducidad
- Normativa de aplicación:
 - UNE-EN 455-1,2,3,4
 - UNE-EN 374-1, 2,3
 - ASTM F 1671
 - ASTM 6978

Lote 14. GUANTES DE EXAMEN, DE POLIETILENO, ESTÉRILES.

- Guantes de examen de polietileno o plástico, transparente, estériles
- Ambidextros
- Envasado estéril por unidades.

Lote 15. GUANTES DE EXAMEN, DE POLIETILENO, NO ESTÉRIL.

- Guantes de examen de polietileno o plástico, transparente
- Ambidextros
- Envasado en cajas o bolsas dispensadoras.

4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación que constituirá un compromiso formal en caso de resultar adjudicataria. Su no presentación será motivo de exclusión del Acuerdo Marco

1. **Catálogos y/o Ficha Técnica de los productos en castellano**, o en su defecto con traducción del contenido.
2. **Certificados del cumplimiento de todas las normas exigidas**
3. **Encuesta Técnica** que se presenta como **ANEXO I** a este Pliego, cumplimentada en su totalidad, pudiendo descargarse el modelo en: <http://www.contratacion.jcyl.es/>
4. Toda aquella documentación que estimen oportuna para la mejor valoración de la oferta

Esta documentación técnica solicitada se presentará obligatoriamente en soporte papel y además en soporte digital (CD o USB).

5. Respecto a las muestras:

Para comprobar el cumplimiento de las características exigidas en el Acuerdo Marco, de cada oferta que se licite, deberán presentar, al menos, las siguientes muestras:

- Productos estériles:
 - **2 envases unitarios** (2 pares de guantes) de la talla **6½ ó 7** (lotes 1, 2, 3, 4, 5)
 - **2 envases unitarios** (2 pares de guantes) de la talla **S** (pequeña) o **M** (mediana) (lotes 6, 8, 10)
 - **2 envases unitarios** (2 guantes) de la talla **S** (pequeña) o **M** (mediana) (lote 11)
 - **2 envases unitarios** (2 guantes) cualquier talla (lote 14)
- Productos no estériles:
 - **1 caja dispensadora** de la talla **S** (pequeña) o **M** (mediana) (lotes 7, 9, 12, 13)
 - **1 envase dispensador**, cualquier talla (lote 15).

Las muestras estarán identificadas con etiqueta en la que conste: nombre de la empresa licitadora, nº expediente, nº de lote, nombre comercial y referencia del producto. Las muestras se presentarán en el **envase unitario, tal y como se suministrarán en los Centros**.

En las adjudicaciones derivadas de la ejecución del Acuerdo Marco, los Centros de la Gerencia Regional de Salud podrán solicitar de nuevo las muestras necesarias para la valoración de las características técnicas de los productos

5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

Las empresas que resulten adjudicatarias estarán obligadas a:

- Efectuar el suministro en el lugar y horario que se establezcan en cada Centro y en presencia del personal que tenga asignada la tarea de recepción en cada uno de ellos. Los productos llevarán etiquetado exterior, indicando producto y cantidad, siendo a cargo de la empresa el transporte de los productos.
- Disponer una estructura de distribución que cubra las necesidades ordinarias y urgentes pudiendo ser localizadas mediante teléfono, fax y/o e-mail, siendo suministrados aquellos pedidos calificados por los Centros peticionarios de ordinarios, dentro de un plazo máximo de 15 días, y los urgentes, 48 horas desde la recepción del pedido.
- El margen de caducidad de la esterilización de los productos en el momento de la entrega, será de al menos el 50% del plazo de validez desde su fabricación.

Valladolid a 20 de mayo de 2015

LA JEFA DE SERVICIO DE CENTRAL DE COMPRAS,



ENCUESTA TÉCNICA. ANEXO I DEL PPT GUANTES DE USO SANITARIO

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN:

- Podrá modificar el tamaño de las celdas pero no elimine ni añada filas o columnas.
- Rellenar todas las celdas de las columnas "OF. BASE"
- Explicitar todos los datos pedidos, sin referirse a "ver documentación anexa" o similar
- Las descripciones deben ser breves (por la limitación de Excel (si es el caso) a 1.024 caracteres por celda).

EMPRESA LICITADORA:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

LOTE 1.- Par de guantes de cirugía, de látex, con polvo, estériles

	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
9	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Tipo de empolvado		

Recubrimiento interno			
Recubrimiento externo (si procede)			
Diseño (anatómico o ambidextro)			
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)			
Puño con reborde (SI/NO)			
Superficie externa (lisa o texturada)			
Contiene látex (SI/NO)			
Color			
Método esterilización			
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades			
A.Q.L.			
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)			
Contenido en proteínas de látex (μ gr/gr)			
Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)		
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)		
	Material del sobre externo		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	UNE-EN 388		
	ASTM F 1671		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

LOTE 2.- Par de guantes de cirugía, de látex, sin polvo, estériles

	OFERTA	BASE
MARCA COMERCIAL		
PROVEEDOR		
FABRICANTE		
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
9	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		

Método esterilización			
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades			
A.Q.L.			
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)			
Contenido en proteínas de látex (µgr/gr)			
Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)		
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)		
	Material del sobre externo		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
Presentación de la caja dispensadora (cantidad)			
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	UNE-EN 388		
	ASTM F 1671		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 3.- Par de guantes de cirugía, de poliisopreno, sin polvo, estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		

Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		
Grosor	Dedos	
	Palma	
	Puño	
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)		
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)	
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)	
	Material del sobre externo	
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)	
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)	
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)	
Normativa a aplicar	Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4	
	UNE-EN 374-1, 2, 3	
	UNE-EN 388	
	ASTM F 1671	
	Otra Normativa a aplicar:	
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)	
	Otras (especificar)	
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase	
	Marcado CE (si procede)	
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)	
	Otras (especificar)	
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...		
Fecha y Firma		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 4.- Par de guantes de cirugía, de policloropreno o neopreno, sin polvo, estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		

Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades			
A.Q.L.			
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)			
Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)		
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)		
	Material del sobre externo		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	UNE-EN 388		
	ASTM F 1671		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 5.- Par de guantes de cirugía, para protección radiológica, estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
6 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
7 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
8 1/2	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
9	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		

Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades			
A.Q.L.			
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)			
Contenido en proteínas de látex (μgr/gr) (si procede)			
Atenuación en radiación dispersa (%)	50 Kv (si procede)		
	60 Kv		
	80 Kv		
	100 Kv		
	120 Kv (si procede)		
Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)		
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	UNE EN 421:2010		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 6.- Par de guantes de examen, de látex, sin polvo, estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		
Contenido en proteínas de látex (μgr/gr)		

Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)		
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)		
	Material del sobre externo		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

LOTE 7- Guantes de examen, de látex, sin polvo, no estériles

	OFERTA	BASE
MARCA COMERCIAL		
PROVEEDOR		
FABRICANTE		
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada Longitud (cm) Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada Longitud (cm) Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada Longitud (cm) Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada Longitud (cm) Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada Longitud (cm) Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		
Contenido en proteínas de látex (μgr/gr)		

Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 8- Par de guantes de examen, de vinilo, sin polvo, estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		

Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)		
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)		
	Material del sobre externo		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 9- Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		
Grosor	Dedos	
	Palma	
	Puño	

Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 10- Par de guantes de examen, de nitrilo, estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(XL) Super-Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		

Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en pares (SI/NO)		
	Sobre interno de separación y talla marcada (SI/NO)		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	ASTM 6978		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 11- Guantes de examen, de nitrilo, estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		
Grosor	Dedos	
	Palma	
	Puño	

Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Envase unitario en unidades (SI/NO)		
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)		
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	ASTM 6978		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 12- Guantes de examen, de nitrilo, no estériles		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(XL) Super- Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		
Grosor	Dedos	

	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar	UNE-EN 455-1,2,3,4	Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	ASTM 6978		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS		
LOTE 13- Guantes de examen, de nitrilo, no estériles, extralargos		
	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(S) Pequeña	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(M) Mediana	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(L) Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
(XL) Super-Grande	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Otra talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Puño con reborde (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
A.Q.L.		
Resistencia a la rotura antes del desgaste (Newtons)		

Grosor	Dedos		
	Palma		
	Puño		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)			
Envase	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)		
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)		
Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	UNE-EN 455-1,2,3,4		
	UNE-EN 374-1, 2, 3		
	ASTM F 1671		
	ASTM 6978		
	Otra Normativa a aplicar:		
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...			
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

LOTE 14- Guantes de examen, de polietileno, estériles

	OFERTA	BASE
	MARCA COMERCIAL	
	PROVEEDOR	
	FABRICANTE	
Tallas:		
Talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada	
	Longitud (cm)	
	Ancho (cm)	
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso		
Composición		
Recubrimiento interno		
Recubrimiento externo (si procede)		
Diseño (anatómico o ambidextro)		
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)		
Superficie externa (lisa o texturada)		
Contiene látex (SI/NO)		
Color		
Método esterilización		
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades		
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)		
Envase	Envase unitario en unidades (SI/NO)	
	Tipo de sellado del sobre externo (termosellado, adhesivo, otro...)	
	Caja dispensadora con talla, nº lote y fecha caducidad (SI/NO)	
	Presentación de la caja dispensadora (cantidad)	

Normativa a aplicar		Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)		
	Otras (especificar)		
Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
Fecha y Firma			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS				
LOTE 15- Guantes de examen, de polietileno, no estéril				
	OFERTA	BASE		
	MARCA COMERCIAL			
	PROVEEDOR			
	FABRICANTE			
Tallas:				
Talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada			
	Longitud (cm)			
	Ancho (cm)			
Talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada			
	Longitud (cm)			
	Ancho (cm)			
Talla ofertada. (poner aquí la talla)	Referencia ofertada			
	Longitud (cm)			
	Ancho (cm)			
Breve descripción del producto, con indicaciones de uso				
Composición				
Recubrimiento interno				
Recubrimiento externo (si procede)				
Diseño (anatómico o ambidextro)				
Puño con ajuste anatómico (SI/NO)				
Superficie externa (lisa o texturada)				
Contiene látex (SI/NO)				
Color				
Tiempo de caducidad de los componentes sin perder propiedades				
Otras características: (información adicional que el licitador estime de interés)				
Envase	Presentación del envase dispensador (cantidad)			
Normativa a aplicar			Cumple (SI/NO)	Presenta Certificación (SI/NO)
	Equipo de Protección Individual (EPI) (Indicar Clase o Tipo I, II, III)			
	Otras (especificar)			

<p>Certificaciones según RD1591/2009, 1407/1992</p>	Clase		
	Marcado CE (si procede)		
	Declaración de conformidad del fabricante (si procede)		
	Otras (especificar)		
<p>Adjuntar la información necesaria que certifique la información aquí facilitada, tales como certificaciones de Normas UNE o ASTM, EPI, CE, Declaración de Conformidad del fabricante...</p>			
<p>Fecha y Firma</p>			