



HOSPITAL UNIVERSITARIO
RÍO HORTEGA



Habiéndose publicado el Procedimiento Abierto 5475/2016/8003, "Suministro de material de cobertura quirúrgica desechable", se ha modificado el Pliego de Prescripciones Técnica con el fin de facilitar la licitación:

Página 4, dónde dice:

- Sistema de apertura por pestaña o solapa.

Debe decir:

- Sistema de apertura por pestaña, solapa o cualquier otro método que no comprometa la esterilidad del equipo.

Página 5, dónde dice:

- Envase unitario estéril, envuelto en papel crepé, con dos toallitas de celulosa para secar las manos.

Debe decir:

- Envase unitario estéril, envuelto en papel crepé o similar, con dos toallitas de celulosa para secar las manos.

ANEXO I - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Donde dice:

Nº orden 6	Paño c/adhesivo en U - 150 x 200 cm. paño complementario 3 capas - sin látex
------------	--

Debe decir:

Nº orden 6	Paño c/adhesivo en U - 150 x 200 cm. paño complementario al menos 2 capas - sin látex
------------	---

Donde dice:

Nº de orden 37	1 paño de celulosa para neonato, 87 x 90 cm
----------------	---

Debe decir:

Nº de orden 37	1 paño para neonato, 87 x 90 cm.
----------------	----------------------------------

El Director Médico en funciones de Director Gerente
del Hospital Universitario Río Hortega

Fdo.: José Miguel García Vela