

ACTA Nº 2

Expte.:142/2017

PRESIDENTE
JEFE DE SERVICIO DE
CONTRATACIÓN

D. Valentín Elena Casado

VOCALES:
INTERVENTOR DELEGADO ADJUNTO

D. Juan José González Giralda

LETRADA DE LA ASESORÍA JURÍDICA

Dña. M^a Eugenia Cobo Gadea

JEFA DEL SERVICIO DE COMPRAS
SANITARIAS

Dña. Dña. Inmaculada Maillo Rosón

SECRETARIA
TECNICO DEL SERVICIO
DE CONTRATACIÓN

Dña María Luisa Pellitero Alonso

En Valladolid, siendo las 13,30 horas del día 4 de septiembre de 2017, se constituye la Mesa de Contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público con las personas que al margen se relacionan, al objeto de proceder a verificar si las empresas licitantes a las que se le ha requerido documentación, para subsanar los defectos materiales encontrados en la documentación presentada en el sobre de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL Y TÉCNICA ,correspondiente al Procedimiento Abierto para la celebración de un ***celebración de un acuerdo marco con varios adjudicatarios para la realización del suministro de compresas, gasas y algodón con destino a Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León***.

Preside esta Sesión Valentín Elena Casado, Jefe del Servicio de Contratación, en virtud de la Resolución del Director Económico, Presupuestario y Financiero, de fecha 20 de junio de 2017.

Los componentes de la Mesa de Contratación verifican la documentación presentada por los licitadores a los que se les solicitó subsanación de los documentos relacionados en el acta número 1 de este procedimiento siendo estos los siguientes:



- DISPOMEDIS,S.L.,
- MEDTRONIC IBÉRICA S.A..
-

Han subsanado correctamente los defectos y omisiones de los que adolecía su documentación las empresas relacionadas anteriormente. Por lo tanto quedan admitidas en este procedimiento abierto.

Asimismo los miembros de la Mesa de Contratación examinan el informe remitido al Servicio de Contratación con fecha 1 de septiembre de 2017 por el Servicio de Compras Sanitarias en el que constan los lotes de las empresas licitadoras que incumplen con las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y la justificación de dichos incumplimientos siendo estos los enumerados a continuación:

LOTE	DENOMINACIÓN	EMPRESA	MOTIVACIONES DEL INCUMPLIMIENTO DEL PPT
1	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Con contraste Rx. 4 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 5 uds.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica.
2	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Con contraste Rx. 2 telas. 17 hilos. 50 cm x 50 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Color verde. Sobre de 2 uds.	GASPUNT, S.A.	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica.
2	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Con contraste Rx. 2 telas. 17 hilos. 50 cm x 50 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Color verde. Sobre de 2 uds.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica. El tamaño del plegado es de 13 cm x 13 cm, cuando se solicita 10 cm x 20 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
3	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Con contraste Rx. 2 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 6 uds.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica
4	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 4 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 2 uds.	DISPOMEDIS, S.L.	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica
4	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 4 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica. El tamaño del plegado es



	10 cm x 20 cm. Sobre de 2 uds.		de 12 cm x 12 cm, cuando se solicita 10 cm x 20 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
5	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 4 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 5 uds.	DISPOMEDIS, S.L.	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica
5	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 4 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 5 uds.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica
6	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 4 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 10 cm. Sobre de 1 ud.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica
7	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 2 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Color verde. Sobre de 2 uds.	GASPUNT, S.A.	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica
7	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 2 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Color verde. Sobre de 2 uds.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica. El tamaño del plegado es de 13 cm x 13 cm, cuando se solicita 10 cm x 20 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
8	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 2 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 2 uds.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica. El tamaño del plegado es de 10 cm x 12 cm, cuando se solicita 10 cm x 20 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
9	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 2 telas. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 10 cm. Sobre de 1 ud.	TENORIO GOMEZ, S.A. (TEGOSA)	La muestra valorada no tiene cosido central, cuando se solicita esta característica
10	Compresa de gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 45 cm x 45 cm. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 2 uds.	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	La muestra valorada tiene tamaño del plegado de 10 cm x 10 cm, cuando se solicita 10 cm x 20 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).



12	Compresa de gasa rectilínea. No estéril. Sin contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 60 cm x 40 cm. Plegada 15 cm x 20 cm.	GASPUNT, S.A.	La muestra valorada tiene tamaño del plegado de 10 cm x 20 cm, cuando se solicita 15 cm x 20 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
12	Compresa de gasa rectilínea. No estéril. Sin contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 60 cm x 40 cm. Plegada 15 cm x 20 cm.	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	La muestra valorada tiene tamaño del plegado de 10 cm x 20 cm, cuando se solicita 15 cm x 20 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
13	Gasa rectilínea. Estéril. Con contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 20 cm x 40 cm. Plegada 8 cm x 10 cm. Color verde. Sobre de 5 uds.	GARRIC MEDICA, S.L.	La muestra valorada es de color blanco, cuando se solicita de color verde. Está esterilizada mediante Óxido de Etileno, cuando se exige que no esté esterilizada con este método.
14	Gasa rectilínea. Estéril. Con contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 60 cm x 40 cm. Plegada 10 cm x 10 cm. Sobre de 10 uds.	DISPOMEDIS, S.L.	La muestra valorada no tiene hilo de contraste radiológico, cuando se solicita esta característica
17	Gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 20 cm x 40 cm. Plegada 10 cm x 10 cm. Sobre de 5 uds.	GARRIC MEDICA, S.L.	La muestra valorada está esterilizada mediante Óxido de Etileno, cuando se exige que no esté esterilizada con este método.
18	Gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 20 cm x 20 cm. Plegada 10 cm x 10 cm. Sobre de 5 uds.	GARRIC MEDICA, S.L.	La muestra valorada está esterilizada mediante Óxido de Etileno, cuando se exige que no esté esterilizada con este método. Mide abierta 15 cm x 23 cm (345 cm ²), cuando se solicita como mínimo 20 cm x 20 cm (400 cm ²). El tamaño del plegado es de 7 cm x 6 cm, cuando se solicita 10 cm x 10 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
18	Gasa rectilínea. Estéril. Sin contraste Rx. 1 tela. 17 hilos. 20 cm x 20 cm. Plegada 10 cm x 10 cm. Sobre de 5 uds.	ORTOPEDIA CIRUGÍA S.L.	Y La muestra valorada mide abierta 15 cm x 24 cm (360 cm ²), cuando se solicita 20 cm x 20 cm (400 cm ²). El tamaño del plegado es de 7 cm x 6 cm, cuando se solicita 10 cm x 10 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 2 cm en largo o ancho).
19	Gasa de malla. No estéril. Sin contraste Rx. 1 tela. 20 cm x 20 cm. Plegada 10 cm x 10 cm.	ORTOPEDIA CIRUGÍA S.L.	Y La muestra valorada es una gasa rectilínea, cuando se solicita gasa de malla



21	Compresa de tejido sin tejer. Estéril. Con contraste Rx. 50 g. 16 capas. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 4 uds.	GASPUNT, S.A.	La muestra valorada mide abierta 42 cm x 57 cm (2.394 cm ²), cuando se solicita 40 cm x 80 cm (3.200 cm ²). Tiene 12 capas, cuando se exigen 16 capas.
23	Compresa de tejido sin tejer. Estéril. Sin contraste Rx. 50 g. 16 capas. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 2 uds.	GASPUNT, S.A.	La muestra valorada mide abierta 42 cm x 57 cm (2.394 cm ²), cuando se solicita 40 cm x 80 cm (3.200 cm ²). Tiene 12 capas, cuando se exigen 16 capas.
23	Compresa de tejido sin tejer. Estéril. Sin contraste Rx. 50 g. 16 capas. Plegada 10 cm x 20 cm. Sobre de 2 uds.	ORTOPEDIA Y CIRUGÍA S.L.	La muestra valorada mide abierta 40 cm x 40 cm (1.600 cm ²), cuando se solicita 40 cm x 80 cm (3.200 cm ²). Tiene 8 capas, cuando se exigen 16 capas.
28	Gasa de tejido sin tejer. Estéril. Sin contraste Rx. 30 g. 4 capas. Plegada 10 cm x 10 cm. Sobre de 5 uds.	GARRIC MEDICA, S.L.	La muestra valorada está esterilizada mediante Óxido de Etileno, cuando se exige que no esté esterilizada con este método.
35	Compresa tocológica de celulosa. 10 cm x 37 cm.	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	La muestra valorada mide 8,5 cm x 30 cm, cuando se solicita 10 cm x 37 cm, no estando en el rango de tolerancia admitida (± 1 cm en el ancho y -2 + 5 cm en el largo)

A la vista del informe citado la Mesa de Contratación determina la exclusión de este procedimiento abierto a las empresas indicadas en relación a los lotes mencionados anteriormente por incumplimiento de las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del mismo y de acuerdo con la motivación indicada en cada caso.

Se da por concluido el acto a las 14,00 horas del día y en el lugar citado al comienzo de esta Acta.



