



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

EXPTE: 152/2017

**ACUERDO MARCO CON VARIOS ADJUDICATARIOS
PARA EL SUMINISTRO DE PRÓTESIS PARCIALES DE
CADERA Y CEMENTOS QUIRÚRGICOS CON DESTINO
A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE
LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y
LEÓN**



Con objeto de evaluar las ofertas presentadas en el Acuerdo Marco, expediente 152/2017, "PRÓTESIS PARCIALES DE CADERA Y CEMENTOS QUIRÚRGICOS, con destino a los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León", se reunió el grupo de trabajo, integrado por Jefes de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de algunos complejos asistenciales / hospitales, procediendo a comprobar en la documentación técnica de las ofertas presentadas, el cumplimiento de las características técnicas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se han valorado las ofertas de las empresas licitadoras relacionadas en el ANEXO I, obteniéndose los resultados que se recogen en los ANEXOS II y III a este informe.

Relación de ANEXOS:

- ANEXO I: Empresas licitadoras y lotes.
- ANEXO II: Valoración integral ofertas.
- ANEXO III: Incumplimientos motivados.

Valladolid, a 1 de septiembre de 2017

 JUAN BLANCO BLANCO Jefe de Servicio Traumatología y Cirugía Ortopédica Complejo Asistencial de Salamanca	 INMACULADA MAÍLLO ROSÓN Jefe de Servicio de Compras Sanitarias Consejería de Sanidad
 ELENA GARCÍA COBOS Auxiliar Admvo. Servicio de Compras Sanitarias Consejería de Sanidad	



ANEXO I - EMPRESAS LICITADORAS Y LOTES

Nº	EMPRESAS	LOTES 1 A 21																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ACUÑA y FOMBONA, S.A.									C												
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.			C	C	NC	NC			C	C	C	C									
3	B BRAUN SURGICAL, S.A.					NC	NC			C							C	C	C	C	C	C
4	BIOFIX SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.																					
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	NC																				
6	CMM, S.L.U.			C	C	NC	NC			NC	C		C									
7	EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.			C	C	NC	NC			C	C											
8	EXCLUSIVAS QUIRÚRGICAS TEKOS, S.L.			C	C	C	C															
9	HERAEUS, S.A.																					
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.																					
11	LEPINE IBÉRICA - GROUPE LEPINE, S.L.U.			C	C	C	C			C	C	C	C				NC	C	C	NC	C	C
12	MBA INCORPORADO, S.L.			C	C	C	C															
13	MEDCOMTECH, S.A.			C	C	C	C															
14	MEDICAL INSTRUMENTS, SL			C	C	NC	NC										C	C				
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	NC				NC																
16	PRIM, S.A.																					
17	SILVER STEIN MEDICAL, S.L.																					
18	SMITH & NEPHEW, S.A.			C	C	NC	NC			NC												
19	STRYKER IBERIA, S.L.																					
20	WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.					C	C	C	C	C	NC	C	NC	NC	C	NC	C	C	C	C	C	C
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.			C	C	C	C									C						

C Cumple

NC No cumple

ANEXOS II Y III – VALORACIÓN INTEGRAL DE LAS OFERTAS E INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS

Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	1	Prótesis (hemiartróplastia) céntrica - cefálica, unipolar, monobloque, cementada (TIPO THOMPSON)	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 40 mm y 60 mm; con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Clinica y Control, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	1	Prótesis (hemiartróplastia) céntrica - cefálica, unipolar, monobloque, cementada (TIPO THOMPSON)	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 40 mm y 60 mm; con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Osteal Ibérica, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
6	CMM, S.L.U.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
7	EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
12	MBA INCORPORADO, S.L.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
14	MEDICAL INSTRUMENTS, SL	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	3	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque cementada	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
6	CMM, S.L.U.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
7	EXACTECH IBERICA, S.L.U.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
12	MBA INCORPORADO, S.L.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
14	MEDICAL INSTRUMENTS, SL	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	4	Prótesis (hemiartróplastia) unipolar, no monobloque no cementada	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicipúlea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	A2C Sum. Hosp. S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
3	B BRAUN SURGICAL, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicipúlea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	B Braun Surgical, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicipúlea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Clinica y Control, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
6	CMM, S.L.U.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	CNM, S.L.U. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
7	EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	SI		
11	LEPINE IBÉRICA - GROUPE LEPINE, S.L.U.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	SI		
12	MBA INCORPORADO, S.L.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	SI		
13	MEDCOMTECH, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Medcomtech, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
14	MEDICAL INSTRUMENTS, SL	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Medical Instruments, S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Osteal Ibérica, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Smith & Nephew, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
19	STRYKER IBERIA, S.L.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	SI		
20	WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	A2C Suministros Hospitalarios, S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS

Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		SI/NO	CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT	
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN		REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
3	B BRAUN SURGICAL, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	B Braun Surgical, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Clinica y Control, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
6	CNM, S.L.U.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	CNM, S.L.U. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
7	EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	SI		
11	LEPINE IBÉRICA - GROUPE LEPINE, S.L.U.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	SI		
12	MBA INCORPORADO, S.L.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	SI		



ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS

CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT					
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		SI/NO	INDICADO EN LA OFERTA
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN		
13	MEDCOMTECH, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	NO	Medcomtech, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
14	MEDICAL INSTRUMENTS, S.L.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	NO	Medical Instruments, S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	NO	Smith & Nephew, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
19	STRYKER IBERIA, S.L.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	SI	
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	SI	
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI	
4	BIOFIX SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI	
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI	
6	CMIM, S.L.U.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI	

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
7	EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
8	EXCLUSIVAS QUIRÚRGICAS TEKOS, S.L.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
9	HERAEUS, S.A.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
11	LEPINE IBÉRICA - GROUPE LEPINE, S.L.U.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
12	MBA INCORPORADO, S.L.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
13	MEDCOMTECH, S.A.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
16	PRIM, S.A.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
19	STRYKER IBÉRICA, S.L.	7	Cemento quirúrgico baja viscosidad	SI		
4	BIOFIX SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
7	EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
8	EXCLUSIVAS QUIRÚRGICAS TEKOS, S.L.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
9	HERAEUS, S.A.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
11	LEPINE IBÉRICA - GROUPE LEPINE, S.L.U.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
12	MBA INCORPORADO, S.L.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
14	MEDICAL INSTRUMENTS, SL	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	8	Cemento quirúrgico media viscosidad	SI		
1	ACUÑA y FOMBONA, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
3	B BRAUN SURGICAL, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico alta viscosidad". Clínica y Control, S.A. indica en su oferta que se trata de un "cemento tipo 3 de baja viscosidad que, inicialmente es más líquido, por lo que están indicado para el mezclado en vacío sin necesidad de preenfriamiento". Se considera que el cemento ofertado por esta empresa, bajo la referencia "F9000003" es de baja viscosidad, siendo el requerido en el PPT de alta viscosidad.	
6	CMM, S.L.U.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
8	EXCLUSIVAS QUIRURGICAS TEKOS, S.L.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
9	HERAEUS, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
13	MEDCOMTECH, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
14	MEDICAL INSTRUMENTS, S.L.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
15	OSTEAL IBERICA, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
17	SILVER STEIN MEDICAL S.L.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	NO	En el apartado 7 del PPT expresamente se indica: "Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta la siguiente documentación que constituirá un compromiso formal en el caso de resultar adjudicatarias, constituyendo motivo de exclusión de este Acuerdo Marco su no presentación: ...7.2 La encuesta técnica que se incorpora como ANEXO I a este Pliego, cumplimentada en su totalidad y firmada por la persona responsable. ...7.6 Esta documentación técnica solicitada se presentará tanto en soporte papel, como en soporte digital (CD o pendrive), mediante ficheros en formato pdf, en el caso de los ANEXOS I y II, en pdf y Excel."	No presenta cumplimentado el Anexo I al PPT (encuesta técnica), ni en soporte papel, ni en formato digital, a pesar de ser preceptivo. La documentación técnica que presenta es insuficiente para valorar que su oferta cumpla las especificaciones técnicas requeridas en el PPT.
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
4	BIOFIX SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
6	CMM, S.L.U.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
7	EXACTECH IBERICA, S.L.U.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
8	EXCLUSIVAS QUIRÚRGICAS TEKO, S.L.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
9	HERAEUS, S.A.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
11	LEPINE IBÉRICA - GROUPE LEPINE, S.L.U.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
12	MBA INCORPORADO, S.L.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
13	MEDCOMTECH, S.A.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
16	PRIM, S.A.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico". Stryker Iberia, S.L. indica en su oferta que se trata de un "CEMENTO DE VISCOSIDAD MEDIA AUMENTANDO EL TIEMPO DE MEZCLADO, COPOLÍMERO METILMETACRILATO-ESTIRENO PARA MAYOR FUERZA, POLIMETILMETACRILATO PARA UN MEJOR MANEJO, SULFATO DE BARIO COMO AGENTE RADIOPACO Y GENTAMICINA COMO ANTIBIÓTICO". Se considera que el cemento ofertado por esta empresa, bajo la referencia "SIMPLEX CON ANTIBIOTICO 61931010" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de baja viscosidad.	
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
4	BIOFIX SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
7	EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
8	EXCLUSIVAS QUIRURGICAS TEKO, S.L.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
9	HERAEUS, S.A.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
11	LEPINE IBÉRICA - GROUPE LEPINE, S.L.U.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
12	MBA INCORPORADO, S.L.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
14	MEDICAL INSTRUMENTS, SL	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U	11	Cemento quirúrgico media viscosidad con un antibiótico	SI		
1	ACUÑA y FOMBONA, S.A.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
3	B BRAUN SURGICAL, S.A	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
6	CMM, S.L.U	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
8	EXCLUSIVAS QUIRÚRGICAS TEKO, S.L.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
9	HERAEUS, S.A.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
13	MEDCOMTECH, S.A.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
14	MEDICAL INSTRUMENTS, S.L.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico".	Se considera que el cemento ofertado por Stryker Iberia, S.L. a este lote, bajo la referencia "SIMPLEX CON ANTIBIOTICOS 61931010" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de alta viscosidad.
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	13	Cemento quirúrgico baja viscosidad con dos antibióticos	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico baja viscosidad con dos antibióticos".	Se considera que el cemento ofertado por Stryker Iberia, S.L. a este lote, bajo la referencia "SIMPLEX CON DOS ANTIBIOTICOS 61969001" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de baja viscosidad.
19	STRYKER IBERIA, S.L.	14	Cemento quirúrgico media viscosidad con dos antibióticos	SI		
9	HERAEUS, S.A.	15	Cemento quirúrgico alta viscosidad con dos antibióticos	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	15	Cemento quirúrgico alta viscosidad con dos antibióticos	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico alta viscosidad con dos antibióticos".	Se considera que el cemento ofertado por Stryker Iberia, S.L. a este lote, bajo la referencia "SIMPLEX CON DOS ANTIBIOTICOS 61969001" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de alta viscosidad.
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	15	Cemento quirúrgico alta viscosidad con dos antibióticos	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	16	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 40-45 g	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	16	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 40-45 g	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cartucho precargado con entre 40 y 45 g de cemento sin antibiótico".	Johnson & Johnson indica en su oferta que la dosis de polvo que incluye son 60 g, con lo que excede lo requerido en este lote.
13	MEDCOMTECH, S.A.	16	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 40-45 g	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	16	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 40-45 g	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	17	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 50-60 g	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	17	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 50-60 g	SI		
13	MEDCOMTECH, S.A.	17	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 50-60 g	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	17	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 50-60 g	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	18	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 70-80 g	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	18	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 70-80 g	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	18	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 70-80 g	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	19	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 40-45 g	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
LOTES OFERTADOS			CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT			
Nº	EMPRESA	Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
9	HERAEUS, S.A.	19	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 40-45 g	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	19	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 40-45 g	NO	En el pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cartucho precargado con entre 40 y 45 g de cemento con antibiótico".	Johnson & Johnson indica en su oferta que la dosis de polvo que incluye son 60 g, con lo que excede lo requerido en este lote.
13	MEDCOMTECH, S.A.	19	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 40-45 g	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	19	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 40-45 g	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	19	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 40-45 g	SI		
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	20	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 50-60 g	SI		
9	HERAEUS, S.A.	20	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 50-60 g	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	20	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 50-60 g	SI		
13	MEDCOMTECH, S.A.	20	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 50-60 g	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	20	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 50-60 g	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	20	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 50-60 g	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	21	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 70-80 g	SI		
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	21	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 70-80 g	SI		
14	MEDICAL INSTRUMENTS, SL	21	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 70-80 g	SI		
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	21	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 70-80 g	SI		
19	STRYKER IBERIA, S.L.	21	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 70-80 g	SI		
21	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U	21	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 70-80 g	SI		

ANEXO II - VALORACIÓN INTEGRAL OFERTAS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		INDICADO EN LA OFERTA
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	

ANEXO III - INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	1	Prótesis (hemiartróplastia) cervice - cefálica, unipolar, monobloque, cementada (TIPO THOMPSON)	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínima entre 40 mm y 60 mm; con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Clinica y Control, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	1	Prótesis (hemiartróplastia) cervice - cefálica, unipolar, monobloque, cementada (TIPO THOMPSON)	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínima entre 40 mm y 60 mm; con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Osteal Ibérica, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	A2C Suministros Hospitalarios, S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
3	B BRAUN SURGICAL, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	B Braun Surgical, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.

ANEXO III - INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS					
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT	
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".
6	CNM, S.L.U.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".
13	MEDCOMTECH, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".
14	MEDICAL INSTRUMENTS, S.L.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpulea, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".
					INDICADO EN LA OFERTA
					Clinica y Control, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
					CNM, S.L.U. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
					Medcomtech, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
					Medical Instruments, S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.

ANEXO III - INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
15	OSTEAL IBÉRICA, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Osteal Ibérica, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	5	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Smith & Nephew, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
2	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicúpula, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	A2C Suministros Hospitalarios, S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.

ANEXO III - INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS						
LOTES OFERTADOS			CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT			
Nº	EMPRESA	Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
3	B BRAUN SURGICAL, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicupúlea, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínima entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	B Braun Surgical, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicupúlea, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Clinica y Control, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
6	CNM, S.L.U.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicupúlea, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	CNM, S.L.U. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.

ANEXO III - INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
13	MEDCOMTECH, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicupúlea, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Medcomtech, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
14	MEDICAL INSTRUMENTS, S.L.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicupúlea, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Medical Instruments, S.L. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
18	SMITH & NEPHEW, S.A.	6	Prótesis (hemiartróplastia) bipolar, biarticular o bicupúlea, no cementada	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere una "cúpula externa, con tamaños que van al menos desde 41 a 60 mm, sobre la que va encajada una cabeza de entre 26 y 28 mm". Igualmente se reitera que se exige una "cabeza femoral de distintos diámetros y tamaños correlativos comprendidos como mínimo entre 41 mm y 60 mm, con una diferencia máxima de 2 mm entre una medida y su inmediata superior".	Smith & Nephew, S.A. no oferta todas las medidas de cabeza femoral requeridas en el PPT.
5	CLINICA Y CONTROL, S.A.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico alta viscosidad".	Clinica y Control, S.A. indica en su oferta que se trata de un "cemento óseo tipo 3 de baja viscosidad que, inicialmente es más líquido, por lo que están indicados para el mezclado en vacío sin necesidad de preenfriamiento". Se considera que el cemento ofertado por esta empresa, bajo la referencia "F9000003" es de baja viscosidad, siendo el requerido en el PPT de alta viscosidad.



ANEXO III - INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS						
LOTES OFERTADOS			CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT			
Nº	EMPRESA	Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
17	SILVER STEIN MEDICAL, S.L.	9	Cemento quirúrgico alta viscosidad	NO	En el apartado 7 del PPT expresamente se indica: "Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta la siguiente documentación que constituirá un compromiso formal en el caso de resultar adjudicatarias, constituyendo motivo de exclusión de este Acuerdo Marco su no presentación: ...7.2 La encuesta técnica que se incorpora como ANEXO I a este Pliego, cumplimentada en su totalidad y firmada por la persona responsable. ...7.6 Esta documentación técnica solicitada se presentará tanto en soporte papel, como en soporte digital (CD o pendrive), mediante ficheros en formato pdf, en el caso de los ANEXOS I y II, en pdf y Excel."	No presenta cumplimentado el Anexo I al PPT (encuesta técnica), ni en soporte papel, ni en formato digital, a pesar de ser preceptivo. La documentación técnica que presenta es insuficiente para valorar que su oferta cumpla las especificaciones técnicas requeridas en el PPT.
19	STRYKER IBERIA, S.L.	10	Cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico baja viscosidad con un antibiótico".	Stryker Iberia, S.L. indica en su oferta que se trata de un "CEMENTO DE VISCOSIDAD MEDIA AUMENTANDO EL TIEMPO DE MEZCLADO, COPOLÍMERO METILMETACRILATO-ESTIRENO PARA MAYOR FUERZA, POLIMETILMETACRILATO PARA UN MEJOR MANEJO, SULFATO DE BARIO COMO AGENTE RADIOOPACO Y GENTAMICINA COMO ANTIBIÓTICO". Se considera que el cemento ofertado por esta empresa, bajo la referencia "SIMPLEX CON ANTIBIOTICO 61931010" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de baja viscosidad.

ANEXO III - INCUMPLIMIENTOS MOTIVADOS						
Nº	EMPRESA	LOTES OFERTADOS		CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL PPT		
		Nº LOTE	DENOMINACIÓN	SI/NO	REQUERIMIENTOS PPT	INDICADO EN LA OFERTA
19	STRYKER IBERIA, S.L.	12	Cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico alta viscosidad con un antibiótico".	Se considera que el cemento ofertado por Stryker Iberia, S.L. a este lote, bajo la referencia "SIMPLEX CON ANTIBIOTICO 61931010" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de alta viscosidad.
19	STRYKER IBERIA, S.L.	13	Cemento quirúrgico baja viscosidad con dos antibióticos	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico baja viscosidad con dos antibióticos".	Se considera que el cemento ofertado por Stryker Iberia, S.L. a este lote, bajo la referencia "SIMPLEX CON DOS ANTIBIOTICOS 61969001" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de baja viscosidad.
19	STRYKER IBERIA, S.L.	15	Cemento quirúrgico alta viscosidad con dos antibióticos	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cemento quirúrgico alta viscosidad con dos antibióticos".	Se considera que el cemento ofertado por Stryker Iberia, S.L. a este lote, bajo la referencia "SIMPLEX CON DOS ANTIBIOTICOS 61969001" es de viscosidad media, siendo el requerido en el PPT de alta viscosidad.
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	16	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y sin antibiótico, 40-45 g	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cartucho precargado con entre 40 y 45 g de cemento sin antibiótico".	Johnson & Johnson indica en su oferta que la dosis de polvo que incluye son 60 g, con lo que excede lo requerido en este lote.
10	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	19	Sistema precargado de cemento con polímero, monómero y con antibiótico, 40-45 g	NO	En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere un "cartucho precargado con entre 40 y 45 g de cemento con antibiótico".	Johnson & Johnson indica en su oferta que la dosis de polvo que incluye son 60 g, con lo que excede lo requerido en este lote.

