



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS

D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2017, del Gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, por la que se aprueba la corrección de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento Abierto para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario en Consultas Externas del Hospital Provincial perteneciente al Complejo Asistencial de Zamora. Expte.: 2020006560.

Advertido el error en el Pliego de Prescripciones Técnicas: Apartado 10.2 y Anexo I, Lote 5.2 camilla hidráulica y 5.3: camilla eléctrica.

Primero.– Apartado 10.2: Se da nueva redacción al apartado.

Segundo.– Anexo I, Lote 5, Apartado 5.2 Camilla hidráulica: Desaparece el apartado - *Trendelemburg y antitredelemburg 5º/21º aproximadamente mediante accionamiento neumático.*

Tercero.– Anexo I, Lote 5, Apartado 5.2 Camilla hidráulica: En el apartado - *Inclinación del cabecero hasta 72º y pies hasta 75º, se elimina y pies hasta 75º.*

Cuarto.– Anexo I, Lote 5, Apartado 5.2 Camilla hidráulica: En el apartado - *Sistema de freno centralizado, Desaparece la palabra centralizado y se añade ó ruedas retráctiles.*

Quinto.– Anexo I, Lote 5, Apartado 5.3 Camilla eléctrica: Desaparece el apartado - *Sistema de elevación central.*

El Pliego Técnico ya corregido está disponible en el perfil del contratante www.contratacion.jcyl.es.

Presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas se prorroga. (Hasta 29 de agosto de 2017).

Zamora, 10 de agosto de 2017.

*El Director Económico,
Presupuestario y Financiero,
P.D. (Resolución de 28 de septiembre de 2015,
«B.O.C. y L.» n.º 195, de 7 de octubre de 2015)
El Gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora
Fdo.: FRANCISCO J. MONTES VILLAMERIEL*