

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN

PROCEDIMIENTO ABIERTO **PA 10/2017- 2020006862**

**SUMINISTRO DE UN SEPARADOR CELULAR PARA PROCEDIMIENTOS
DE AFERESIS TERAPÉUTICA PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE
SEGOVIA**

Se procede a la evaluación de ofertas presentadas al Procedimiento Abierto PA 07/2017-202000066807 por parte de:

D. José Antonio Queizán Hernández, Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Asistencial de Segovia, dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

SISTEMA DE TRABAJO

Se les entrega la documentación de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, con el fin de proceder a la evaluación de las ofertas técnicas, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos que rigen en el procedimiento y asignando los puntos que correspondan en base a los criterios dependientes de un juicio de valor establecidos en la cláusula 15.1.1. del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

EMPRESAS LICITADORAS

EMPRESA LICITADORA	LOTES A LOS QUE LICITA
TERUMO BCT EUROPE NV SUCURSAL EN ESPAÑA	1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (APARTADO 15 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES)

	Forma de valoración	Ponderación
Ergonometría	Se valorarán aspectos como la facilidad de traslado del separador, el nivel de ruido de funcionamiento, la ergonomía en el uso y facilidad de adaptación del producto por parte de los profesionales, así como cualquier otro que evite o minimice el impacto sobre la salud laboral de los profesionales.	Hasta 5 puntos
Manejabilidad	Se valorarán aspectos como el tiempo de preparación de la máquina (desde el inicio hasta que el sistema esté colocado y listo para comenzar), la facilidad de los controles de los distintos procedimientos así como las posibilidades de modificación de los mismos, y cualquier otro que facilite la operativa con el equipo.	Hasta 20 puntos
Seguridad	Se valorarán aspectos como la seguridad del separador y detección de aire en todos las fases del proceso y elementos del equipo, de la trazabilidad y acceso de los datos, el volumen extracorpóreo así como la facilidad de aprendizaje y calidad del asesoramiento científico-técnico.	Hasta 20 puntos

EVALUACIÓN EMPRESAS PRESENTADAS

		Empresas licitadoras
		TERUMO BCT EUROPE NV SUCURSAL EN ESPAÑA
Resumen de Puntuación de Criterios	Ergonometría	4 puntos
	Manejabilidad	18 puntos
	Seguridad	18 puntos
	Total puntuación	40 puntos

JUSTIFICACIÓN DEL REPARTO DE PUNTUACIÓN

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 45 puntos)		
EMPRESA: TERUMO BCT EUROPE NV SUCURSAL EN ESPAÑA		
LOTE: 1		
Ergonomía	Se trata de un equipo móvil que por su tamaño lo hace muy manejable para su utilización en las habitaciones del entorno hospitalario. El peso inferior a 100 kg. con ruedas bloqueables facilitan su traslado dentro de las distintas dependencias hospitalarias por los celadores. Finalmente, no requiere otros ajustes para su uso inmediato, más que su conexión a la red eléctrica.	4
Manejabilidad	Se trata de un equipo de procesamiento continuo que dispone de la tecnología de detección óptica del control automático de la interfase celular. Por otra parte, su centrifugación diferencial proporciona una gran versatilidad y rendimiento terapéutico para los distintos procesos programados. Finalmente, el sistema "plataforma única" nos permitirá personalizar los procedimientos con un software que incluyen los protocolos actualmente activos en nuestro Servicio.	18
Seguridad	Se trata de un equipo con procesamiento de sangre de flujo continuo, control automático y centrifugación diferencial, con gestión del balance hídrico y, a destacar, bajo nivel de volumen extracorpóreo. Asimismo, al almacenar la información de los últimos 100 procesos permite optimizar la trazabilidad de los procedimientos. Finalmente, el sistema nos permite calcular el horario de fin de procedimiento y por tanto optimizar su uso para sucesivos pacientes y, por ello, la programación de las correspondientes citaciones.	18
TOTAL PUNTUACIÓN		40

Y para que conste, se firma el presente informe en Segovia, a 30 de Noviembre de 2017.-

Dr. J. A. Queizán
Hematología
HOSP. GENERAL SEGOVIA

Fdo.: José Antonio Queizán Hernández
Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia