

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

C. A. de MOBILIARIO CLÍNICO PARA EL SERVICIO DE DIÁLISIS Y HOSPITALIZACIÓN N° 26 / 07

A).-COMPUESTO POR:

Lote n° 1

- **SILLONES DE HEMODIALISIS:**

A).-CARACTERISTICAS:

- **DISEÑO:** para soportar al paciente en posición de sentado o reclinado durante el tratamiento de la diálisis. Equipado con reposa cabezas, reposa brazos y cuatro ruedas giratorias con freno que faciliten el movimiento y traslado del paciente.
- **CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:** Los movimientos del sillón tienen que ser realizados de manera suave mediante actuadores electromecánicos, controlados a través de mando a distancia. Permittedose ajustar la altura del asiento y regular la inclinación del respaldo, reposa piernas y posición de Trendelenburg.
- **REVESTIMIENTO:** El sillón tiene que estar tapizado por un tejido lavable, de tacto suave, y suficientemente acolchado para evitar irritaciones en los puntos de contacto.
- **ESTRUCTURA:** El sillón tiene que estar fabricado en acero u otro material metálico con tratamientos de última generación resistentes a los productos de limpieza y desinfección habituales en centros médicos.

Lote n° 2

- **CAMAS HOSPITALARIAS ELÉCTRICAS:**

A).-CARACTERISTICAS:

- Cama eléctrica con regulación de altura y posición de exploración.



Ctra. de Orón, s/n. - 09200 Miranda de Ebro. Burgos
Tel. 947 34 90 00 - Fax 947 34 90 14 / gerent@hsap.sacyl.es



- Cuatro ruedas laterales con sistema de frenado.
- Quinta rueda central con posibilidad de bloqueo para traslado.
- Cabecero extraíble.
- Piecero convertible en mesa.
- Barandillas.
- Articulación en tronco y piernas.
- Panel de seguridad.
- Medidas exteriores aproximadas de la cama: 1 x 2,10 m.

OPCIONAL:

- Portasuero de doble gancho.
- Colchón elástico y transpirable apropiado para estas camas y con funda exterior lavable, desmontable y plastificada. Medidas aproximadas: 0,90 x 2 m.

B).- Se admitirán **VARIANTES** que tengan por objeto innovaciones o modificaciones tecnológicas interesantes, a criterio del licitador.

C).- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

- Catálogos gráficos y de funcionamiento, así como diseño y descripción técnica de su fabricación, en el idioma: CASTELLANO
- Relación de material desechable que utilizará el equipo, especificando: denominación del artículo, presentación, precio y duración aproximada del mismo.
- Cursillos de mantenimiento y formación del personal del Hospital que sean precisos para el uso correcto del mobiliario.

Miranda de Ebro, 9 de Julio de 2007

LA DIRECTORA GERENTE DE LA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

P.D. (Resolución de 20 de junio de 2006 "BOCYL 28-06-2006")



EL DIRECTOR GERENTE,

Fdo.: Juan C. RISUEÑO ÁLVAREZ