



**EXpte. Nº 3401-341-1-2017-2020006227 A.M.(122/2014)-
SUMINISTRO DE "DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN (CATÉTERES,
AGUJAS, AGUJAS CON JERINGA Y LANCETAS"**

**RESOLUCIÓN DEL GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DEL BIERZO, POR
LA QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL
A.M. 122/2014 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE
PUNCIÓN (CATÉTERES, AGUJAS, AGUJAS CON JERINGA Y LANCETAS”**

Vista la propuesta de adjudicación del expediente 3401-341-1-2017-2020006227 derivado del Acuerdo Marco 122/2014 que tiene por objeto la contratación del suministro de dispositivos de punción, en el que constan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

- PRIMERO.-** Por Resolución del Gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, de 6 de abril de 2017, se dictó orden de inicio del expediente para la contratación del suministro de dispositivos de punción (catéteres, agujas, agujas con jeringa y lancetas) por un presupuesto total de 187.197,16 € (154.708,40 € más 32.488,76 € en concepto de IVA).
- SEGUNDO.-** Con fecha 19 de abril de 2017, y mediante resolución del Gerente de Asistencia Sanitaria Bierzo, fueron aprobados el expediente y el gasto, disponiendo al mismo tiempo la apertura de la fase de licitación para la adjudicación del contrato, mediante solicitud de oferta a todas las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco capaces de realizar el objeto del contrato.
- TERCERO.-** De las empresas invitadas a participar, I.H.T. Médical S.A., Nacatur 2 España S.L., Nipro Europe S.A. Suc. España, Amebil S.L., Amevisa S.A., B.Braun Médical S.A., B.Braun Surgical S.A., Becton DICKINSONson S.A., Biogen Diagnóstica S.L., Cajal S.A., Izasa Hospital S.L.U., Medtonic Ibérica S.A., Menarini Diagnósticos S.A., Sanidad Burgalesa S.L., Smiths Médical España S.R.L. y Vacuette España S.A., de acuerdo con los certificados emitidos por la Directora de Gestión y Servicios Generales de fechas 5 y 8 de mayo de 2017, han presentado oferta las firmas: I.H.T. Médical S.A., Nacatur 2 España S.L., Amebil S.L., Amevisa S.A., B.Braun Médical S.A., B.Braun Surgical S.A., Becton DICKINSONson S.A., Biogen Diagnóstica S.L., Cajal S.A., Izasa Hospital S.L.U., Medtonic Ibérica S.A., Menarini Diagnósticos S.A., Smiths Médical España S.R.L. y Vacuette España S.A.,

Los precios ofertados son los siguientes:



LOTE A.M.	ARTICULO	CODIGO A.M.	EMPRESA	PRECIO UNI. S/IVA
1	CATÉTER venoso periférico, con dispositivo de seguridad varias medidas	2166	B.BRAUN MEDICAL S.A.	0,4800
			SMITH MEDICAL E. SRL (V1)	0,4300
			SMITH MEDICAL E.SRL (O.B.)	0,4300
			BECTON DICKINSONSON. S.A.(V2)	0,5300
2	AGUJA hipodérmica, con dispositivo de seguridad, varias medidas	11146	BECTON DICKINSONSON S.A.	0,0680
			SMITH MEDICAL E. S.R.L.	0,0600
			B.BRAUN MEDICAL S.A.	0,0700
			AMEVISA S.A.	0,0560
			MEDTRONIC IBERICA S.A	0,0770
4	AGUJA 21G para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad.	11159	BECTON DICKINSON. S.A.(O.B.)	0,2000
			VACUETTE ESP.S.A.(O.B.)	0,1800
			VACUETTE ESP.S.A(V1)	0,1800
			BIOGEN DIAGNOS. S.L.	0,1900
			BECTON DICKINSON.S.A. (V1)	0,2840
			CAJAL S.A.	0,2490
7	AGUJA 21G con aletas (palomillas) para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad	11162	SMITH MEDICAL E. S.R.L.	0,3300
			VACUETTE ESP S.A..	0,3360
			BIOGEN DIAGNOS. S.L.	0,3300
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,3800
			CAJAL S.A.	0,4390
9	AGUJA 20G para punción de reservorio subcutáneo, con bioconector en "Y", con dispositivo de seguridad	24363	SMITH MEDICAL E. S.R.L.	2,2000
			B.BRAUN SURGICAL S.A.	2,5000
10	AGUJA 29G con jeringa para administración de insulina 0,5 ml/50 UI., con dispositivo de seguridad.	45336	BECTON DICKINSON. S.A.	0,1200
12	AGUJA 27G con jeringa, para administración de tuberculina, 1 ml, con dispositivo de seguridad.	45338	MEDTRONIC IBERICA S.A.	0,1000
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,1800
13	AGUJA 22G con jeringa heparinizada para gasometría, 3 ml, con dispositivo de seguridad.	45339	SMITH MEDICAL E. S.R.L.	0,3500
			BECTON DICKINSON.S.A.	0,4500
			IHT MEDICAL S.A.	0,4950
			CAJAL S.A.	0,5290
14	AGUJA 18G punta roma, para carga de medicación.	33762	B.BRAUN MEDICAL S.A.	0,0300
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,0300
			SMITH MEDICAL E. S.R.L.	0,0320
			AMEBIL S.L.	0,0388
15	AGUJA 29G para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, con dispositivo de seguridad	45266	BECTON DICKINSON. S.A.	0,2450
16	Lanceta de punción capilar, con dispositivo de seguridad 29G adultos	38	BECTON DICKINSON. S.A.	0,0400
			MENARINI DIAG.S.A.	0,0398
			B.BRAUN MEDICAL	NO ADJUDICATARIO A.M
17	Aguja con jeringa, para administración de insulina de paciente, 0,3mm/30UI	45340	BECTON DICKINSON. S.A.	0,0450
18	AGUJA 29G con jeringa, para autoadministración de insulina de paciente, 0,5 ml/50 UI.	45341	NACATUR 2 ESPA.S.L.	0,0390
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,0450
			AMEVISA S.A.	0,0530



CUARTO.- Una vez completadas las puntuaciones correspondientes a todas las ofertas atendiendo a los criterios de adjudicación de este contrato derivado, el Director de Gestión y Servicios Generales propone la adjudicación del contrato a favor de las empresas que han obtenido la mayor puntuación en cada uno de los lotes licitados, por ser las ofertas más ventajosas para el Centro, en la forma que se recoge en el Anexo I de valoración de ofertas.

Asimismo, propone excluir del procedimiento de adjudicación en el lote 16 a B.Braun Médical S.A. por no ser adjudicatario del mismo en el A.M. (según corrección posterior de la Resolución de Adjudicación del A.M. con respecto al lote 16).

QUINTO.- Dentro del plazo de diez días hábiles establecido, las empresas propuestas como adjudicatarias, han aportado la documentación justificativa a la que se refiere el artículo 151.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, solicitada mediante requerimiento del órgano de contratación efectuado el 19 de junio de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con las atribuciones conferidas por la Dirección Gerencia, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, mediante Resolución de 28 de septiembre de 2015, sobre delegación de competencias (BOCyL 07/10/2015), en relación con la Disposición Adicional Tercera del Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se establece la organización y funcionamiento de la GRS (BOCYL 11/11/16), el Gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo es competente para adjudicar este contrato

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del artículo 198 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha convocado nueva licitación entre los adjudicatarios del Acuerdo Marco, con el fin de seleccionar la mejor oferta de acuerdo con los criterios en él detallados.

TERCERO.- Por su parte, los apartados 3 y 4 del artículo 151 del citado texto legal establecen que el órgano de contratación, en resolución motivada, deberá adjudicar el contrato al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

Los motivos que determinan la adjudicación de este contrato son los que aparecen recogidos en el anexo de valoración de las ofertas que acompaña a esta resolución.

En virtud de lo expuesto y cumplidos los requisitos de procedimiento legalmente establecidos,

RESUELVO

- 1º** Adjudicar el contrato derivado del A.M. 122/2014, que tiene por objeto el suministro de dispositivos de punción (catéteres, agujas, agujas con jeringa y lancetas), a los licitadores y por los importes que a continuación se detallan, por ser las ofertas más ventajosas para este Centro, de acuerdo con los motivos reflejados en el fundamento de derecho tercero de esta resolución:

ADJUDICATARIO	LOTE A.M.	CODIGO A.M.	ARTICULO	MEDIDAS	CANTIDAD/ UNIDADES	PRECIO UNI. S/iva	PRECIO TOTAL € S/IVA	€ IVA 21%	PRECIO TOTAL € C/IVA
B.BRAUN MEDICAL S.A.	1	2166	CATÉTER venoso periférico, con dispositivo de seguridad varias medidas	16G	600	0,4800	53.520,00	11.239,20	64.759,20
				14G	600				
				18G	10.000				
				20G	49.000				
				22G	50.000				
				24G	1.300				
	14	33762	AGUJA 18G punta roma, para carga de medicación.	18G	490.000	0,0300	14.700,00	3.087,00	17.787,00
Total B.BRAUN MEDICAL S.A.						68.220,00	14.326,20	82.546,20	

BECTON DICKINSON S.A.	2	11146	AGUJA hipodérmica, con dispositivo de seguridad, varias medidas	20G 0,9X25mm	17.000	0,0680	3.672,00	771,12	4.443,12
				21G 0,8X25mm	4.000				
				21G 0,8X38mm	17.000				
				23G 0,6x25mm	1.000				
				25G 0,5X16mm	15.000				
	4	11159	AGUJA 21G para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad.		48.600	0,2000	9.720,00	2.041,20	11.761,20
	10	45336	AGUJA 29G con jeringa para administración de insulina 0,5 ml/50 UI., con dispositivo de seguridad.		54.000	0,1200	6.480,00	648,00 (IVA 10%)	7.128,00
	15	45266	AGUJA 29G para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, con dispositivo de seguridad	29GX5mm	3.200	0,2450	1.568,00	156,80 (IVA 10%)	1.724,80
				30GX8mm	3.200				
	16	38	Lanceta de punción capilar, con dispositivo de seguridad 29G adultos		128.000	0,0400	5.120,00	1.075,20	6.195,20
	17	45340	Aguja con jeringa, para administración de insulina de paciente, 0,3mm/30UI		500	0,0450	22,50	2,25 (IVA 10%)	24,75
Total BECTON DICKINSON S.A.						26.582,50	4.694,57	31.277,07	



ADJUDICA-TARIO	LOTE A.M.	CODIGO A.M.	ARTICULO	MEDIDAS	CANTIDAD/ UNIDADES	PRECIO UNI. S/iva	PRECIO TOTAL € S/IVA	€ IVA 21%	PRECIO TOTAL € C/IVA
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL	7	11162	AGUJA 21G con aletas (palomillas) para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad		50.000	0,3300	16.500,00	3.465,00	19.965,00
	9	24363	AGUJA 20G para punción de reservorio subcutáneo, con bioconector en "Y", con dispositivo de seguridad		1.404	2,2000	3.088,80	648,65	3.737,45
	13	45339	AGUJA 22G con jeringa heparinizada para gasometría, 3 ml, con dispositivo de seguridad.		18.600	0,3500	6.510,00	1.367,10	7.877,10
Total SMITH MEDICAL S.R.L.....						26.098,80	5.480,75	31.579,55	
TOTAL GENERAL.....						121.400,90	24.578,98	145.979,88	

Distribución por anualidades y aplicación presupuestaria: G/312A02/22121/3

Nº DE LOTE	CÓDIGO A.M.	DENOMINACIÓN	TOTAL AÑO 2.017 S/IVA(€)	TOTAL AÑO 2.017 C/IVA(€)	TOTAL AÑO 2.018 S/IVA(€)	TOTAL AÑO 2.018 C/IVA(€)
1	2166	CATÉTER venoso periférico, con dispositivo de seguridad varias medidas	26.760,00	32.379,60	26.760,00	32.379,60
2	11146	AGUJA hipodérmica, con dispositivo de seguridad, varias medidas	1.836,00	2.221,56	1.836,00	2.221,56
4	11159	AGUJA 21G para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad.	4.860,00	5.880,60	4.860,00	5.880,60
7	11162	AGUJA 21G con aletas (palomillas) para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad	8.250,00	9.982,50	8.250,00	9.982,50
9	24363	AGUJA 20G para punción de reservorio subcutáneo, con bioconector en "Y", con dispositivo de seguridad	1.544,40	1.868,72	1.544,40	1.868,72
10	45336	AGUJA 29G con jeringa para administración de insulina 0,5 ml/50 UI., con dispositivo de seguridad.	3.240,00	3.564,00	3.240,00	3.564,00
12	45338	AGUJA 27G con jeringa, para administración de tuberculina, 1 ml, con dispositivo de seguridad.	125,00	151,25	125,00	151,25
13	45339	AGUJA 22G con jeringa heparinizada para gasometría, 3 ml, con dispositivo de seguridad.	3.255,00	3.938,55	3.255,00	3.938,55
14	33762	AGUJA 18G punta roma, para carga de medicación.	7.350,00	8.893,50	7.350,00	8.893,50
15	45266	AGUJA 29G para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, con dispositivo de seguridad	784,00	862,40	784,00	862,40
16	38	Lanceta de punción capilar, con dispositivo de seguridad 29G adultos	2.560,00	3.097,60	2.560,00	3.097,60
17	45340	Aguja con jeringa, para administración de insulina de paciente, 0,3mm/30UI	11,25	12,38	11,25	12,38
18	45341	AGUJA 29G con jeringa, para autoadministración de insulina de paciente, 0,5 ml/50 UI.	124,80	137,28	124,80	137,28

2º Excluir del procedimiento de adjudicación a B.Braun Médical S.A. en el lote 16, por no resultar adjudicatario en el A.M.

- 3º** Notificar esta resolución a los participantes en la licitación, de conformidad con lo prevenido en el artículo 151.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- 4º** Ordenar al mismo tiempo su publicación en el perfil de contratante de la Gerencia Regional de Salud (<http://www.contratacion.jcyl.es>), según disponen los artículos 53 y 151.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- 5º** Que se formalice el contrato dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 156.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del Decreto 9/2012, de 8 de marzo, de desconcentración de competencias del Presidente de la Gerencia Regional de Salud en el Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.3, 14.1 y 46, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 61.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su notificación.

Ponferrada, 27 de junio de 2017

EL GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DEL BIERZO



Fdo.: José Antonio Visedo López

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Antonio Visedo López".



ANEXO 1

VALORACION DE LAS OFERTAS DEL EXPEDIENTE PNSP 3401-341-1-2017-
2020006227 DERIVADO DEL A.M. 122/2014, SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN, CATÉTERES, AGUJAS, Y LANCETAS

LOTE A.M.	ARTICULO	CODIGO A.M.	EMPRESA	PONDERACION PRECIO (hasta 3 puntos)		PONDERACION PLAZO DE ENTREGA (Hasta 1 punto)		PUNT. OBTENIDA EN EL A. M. (100 %)	PUNTUACION JUICIO DE VALOR	PUNTUACION TOTAL
				PRECIO	POND.	DIAS	POND.			
1	CATÉTER venoso periférico, con dispositivo de seguridad varias medidas	2166	B.BRAUN MEDICAL S.A.	0,4800	2,6875	1	1,0000	7,9100	6,0000	17,5975
			SMITH MEDICAL E. S.R.L. V1	0,4300	3,0000	2	0,5000	8,5000	5,0000	17,0000
			SMITH MEDICAL E. (OB.)	0,4300	3,0000	2	0,5000	8,4100	4,0000	15,9100
			BECTON DICKINSON. S.A. (V2)	0,5300	2,4340	1	1,0000	7,1300	2,0000	12,5640
2	AGUJA hipodérmica, con dispositivo de seguridad, varias medidas	11146	BECTON DICKINSON. S.A.	0,0680	2,4706	1	1,0000	8,3500	6,0000	17,8206
			SMITH MEDICAL E. S.R.L.	0,0600	2,8000	2	0,5000	8,5200	6,0000	17,8200
			B.BRAUN MEDICAL S.A.	0,0700	2,4000	1	1,0000	7,8200	6,0000	17,2200
			AMEVISA S.A.	0,0560	3,0000	-	0,0000	9,1000	3,0000	15,1000
			MEDTRONIC IBERICA S.A.	0,0770	2,1818	2	0,5000	7,9100	4,0000	14,5918
4	AGUJA 21G para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad.	11159	BECTON DICKINSON. S.A.	0,2000	2,7000	1	1,0000	8,7200	5,0000	17,4200
			VACUETTE E. S.A. (OB)	0,1800	3,0000	1	1,0000	8,8900	4,0000	16,8900
			VACUETTE ESP. S.A. (V1)	0,1800	3,0000	1	1,0000	8,8900	4,0000	16,8900
			BIOGEN DIAGNOS. S.L.	0,1900	2,8421	2	0,5000	9,5000	4,0000	16,8421
			BECTON DICKINSON. S.A. (V1)	0,2840	1,9014	1	1,0000	7,7500	6,0000	16,6514
			CAJAL S.A.	0,2490	2,1687	2	0,5000	8,7200	4,0000	15,3887
7	AGUJA 21G con aletas (palomillas) para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado y dispositivo de seguridad	11162	SMITH MEDICAL E. S.R.L.	0,3300	3,0000	2	0,5000	9,1000	6,0000	18,6000
			VACUETTE ESP. S.A.	0,3360	2,9464	1	1,0000	8,0700	6,0000	18,0164
			BIOGEN DIAGNOS. S.L.	0,3300	3,0000	2	0,5000	8,9400	5,0000	17,4400
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,3800	2,6053	1	1,0000	7,9700	5,0000	16,5753
			CAJAL S.A.	0,4390	2,2551	2	0,5000	7,9700	4,0000	14,7251
9	AGUJA 20G para punción de reservorio subcutáneo, con bioconector en "Y", con dispositivo de seguridad	24363	SMITH MEDICAL S.R.L.	2,2000	3,0000	2	0,5000	9,1000	6,0000	18,6000
			B.BRAUN SURGICAL S.A.	2,5000	2,6400	1	1,0000	7,1800	4,0000	14,8200

LOTE A.M.	ARTICULO	CODIGO A.M.	EMPRESA	PONDERACION PRECIO (hasta 3 puntos)		PONDERACION PLAZO DE ENTREGA (Hasta 1 punto)		PUNT. OBTENIDA EN EL A. M. (100 %)	PUNTUA-CION JUICIO DE VALOR	PUNTUA-CION TOTAL
				PRECIO	POND.	DIAS	POND.			
10	AGUJA 29G con jeringa para administración de insulina 0,5 ml/50 UI., con dispositivo de seguridad.	45336	BECTON DICKINSON S.A.	0,1200	3,0000	1	1,0000	9,8000	5,0000	18,8000
12	AGUJA 27G con jeringa, para administración de tuberculina, 1 ml, con dispositivo de seguridad.	45338	MEDTRONIC IBERICA S.A.	0,1000	3,0000	2	0,5000	9,8000	6,0000	19,3000
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,1800	1,6667	1	1,0000	5,8000	5,0000	13,4667
13	AGUJA 22G con jeringa heparinizada para gasometría, 3 ml, con dispositivo de seguridad.	45339	SMITH MEDICAL S.R.L.	0,3500	3,0000	2	0,5000	9,1000	6,0000	18,6000
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,4500	2,3333	1	1,0000	7,5900	4,0000	14,9233
			IHT MEDICAL S.A.	0,4950	2,1212	-	0,0000	7,5600	4,0000	13,6812
			CAJAL S.A.	0,5290	1,9849	2	0,5000	7,5900	3,0000	13,0749
14	AGUJA 18G punta romá, para carga de medicación.	33762	B.BRAUN MEDICAL S.A.	0,0300	3,0000	1	1,0000	9,5000	6,0000	19,5000
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,0300	3,0000	1	1,0000	9,0300	6,0000	19,0300
			SMITH MEDICAL S.R.L.	0,0320	2,8125	2	0,5000	6,5000	6,0000	15,8125
			AMEBIL S.L.	0,0388	2,3170	-	0,0000	7,2000	6,0000	15,5170
15	AGUJA 29G para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, con dispositivo de seguridad	45266	BECTON DICKINSON. S.A.	0,2450	3,0000	1	1,0000	9,8000	6,0000	19,8000
16	Lanceta de punción capilar, con dispositivo de seguridad 29G adultos	38	BECTON DICKINSON. S.A.	0,0400	2,9850	1	1,0000	9,8000	6,0000	19,7850
			MENARINI DIAG. S.A.	0,0398	3,0000	1	1,0000	9,5000	6,0000	19,5000
			IZASA H. S.L.U	0,0470	2,5404	1	1,0000	8,8100	4,0000	16,3504
17	Aguja con jeringa, para administración de insulina de paciente, 0,3mm/30UI	45340	BECTON DICKINSON. S.A.	0,0450	3,0000	1	1,0000	8,4300	2,0000	14,4300
18	AGUJA 29G con jeringa, para autoadministración de insulina de paciente, 0,5 ml/50 UI.	45341	NACATUR 2 ESPA. S.L.	0,0390	3,0000	2	0,5000	9,0000	2,0000	14,5000
			BECTON DICKINSON. S.A.	0,0450	2,6000	1	1,0000	8,4300	2,0000	14,0300
			AMEVISA S.A.	0,0530	2,2075	-	0,0000	6,7200	1,0000	9,9275



CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

LOTE 1- CODIGO AM 2166 CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PTO)	TOTAL PUNTOS
B.BRAUN MEDICAL SA	OB	2	1	2	1	6
BECTON DICKINSON S.A.U	V2	1	1	0	1	2
SMITH MEDICAL ESPAÑA	OB	1	1	1	1	4
	V1	1	1	2	1	5

Los catéteres presentados por las empresas Smith Medical y Becton Dickinson S.A.U son a criterio de los profesionales que han realizado la valoración aceptables en cuanto a facilidad de inserción no resultando muy ergonómicos en su manejo y poco intuitivos en el mecanismo de activación de la seguridad.

Los catéteres presentados en la oferta base por la empresa Smith Medical no presentan aletas laterales lo que dificulta su fijación en el paciente.

En cuanto a los catéteres presentados por la empresa B Braun el dispositivo de seguridad ha sido valorado como óptimo por los profesionales que los han probado. Se ha valorado muy positivamente el sistema antirreflujo del catéter de Becton Dickinson ya que evita el contacto con la sangre del paciente inmediatamente después de retirar el fiador gracias a la presencia de una membrana en su interior. La activación voluntaria en este catéter mediante presión digital de un botón hace que el profesional controle el momento en que desea activar la seguridad, pero este sistema retráctil desarrolla demasiada presión ocasionando molestias al paciente y generando salpicaduras de sangre hacia los profesionales. Por otro lado para otros profesionales la no necesidad de activar obligatoriamente la seguridad, como ocurre en el caso del catéter de BBraun, es una ventaja ya que les proporciona mayor seguridad en el momento de la extracción del fiador. La capacidad de punción también ha sido muy bien valorada en ambos con un bisel que facilita la canalización en todo tipo de pacientes. Sin embargo la mayor diferencia entre ellos aparece en la ergonomía del dispositivo ya que el manejo del catéter de Becton Dickinson genera más dificultades en gran parte de los profesionales que lo han usado debido a la dificultad en la fijación al paciente.

El catéter de Braun es muy ergonómico, fácil de manejar y con mejor facilidad de fijación por lo que ha obtenido una valoración óptima en este ítem.

LOTE 2- CODIGO AM 11146 AGUJA HIPODERMICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
AMEVISA SA	OB	1	1	1	0	3
B BRAUN MEDICAL SA	OB	2	1	2	1	6
BECTON DICKINSON S.A.U	OB	2	1	2	1	6
MEDTRONIC IBERICA	OB	1	1	1	1	4
SMITH MEDICAL ESPAÑA	OB	2	1	2	1	6

La aguja ofrecida por el licitante Amevisa y Medtronic Iberica presenta un dispositivo de seguridad poco ergonómico que resulta incómodo en el momento de la punción. La capacidad de inserción del bisel es buena pero la aguja en su conjunto resulta poco manejable.

Las agujas hipodérmicas con seguridad integrada e irreversible de los licitantes BBraun Medical, Becton Dickinson y Smith Medical aportan un sistema de seguridad cómodo y manejable por lo que resultan muy ergonómicas durante su utilización, con una óptima capacidad de inserción no apreciándose ninguna diferencia significativa entre ellas.

LOTE 4- CODIGO AM 11159 AGUJA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR VACIO, CON PORTATUBOS PREMONTADO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
BECTON DICKINSON S.A.	OB	2	1	1	1	5
	V1	2	1	2	1	6
BIOGEN	OB	1	1	1	1	4
CAJAL S.A	OB	2	1	1	0	4
VACUETTE SA	OB	1	1	1	1	4
	V1	1	1	1	1	4



La aguja para extracción de los licitantes BectonDickinson, Cajal SA, en su oferta base así como el licitante Vacuette en sus ofertas base y V1, y el licitante Biogen en su oferta base han sido valorados como aceptables tanto en la capacidad de inserción de la aguja como en la ergonomía del dispositivo en su conjunto. En cuanto al sistema de seguridad Becton Dickinson, Biogen y Cajal son más manejables, con un buen sistema de seguridad integrado y de fácil activación que es prácticamente idéntico en los dos casos. El sistema de seguridad de Vacuette ha sido evaluado como más dificultoso en su activación y entorpece el acceso venoso, además los profesionales han detectado que no hay una adecuada adaptación entre el cono y la aguja. Vacuette y Becton Dickinson en su V1 presenta un dispositivo con una buena visualización del reflujo previo a la extracción. Becton Dickinson presenta una v1 muy ergonómica para el profesional y el paciente, siendo muy bien valorado por parte de los profesionales. Vacuette, presenta un portatubos de menor longitud que dificulta la extracción de las muestras.

LOTE 7- CODIGO AM 11162 AGUJA CON ALETAS (PALOMILLA) PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR VACIO, CON PORTATUBOS PREMONTADO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
BECTON DICKINSON S.A.	OB	2	1	1	1	5
BIOGEN	OB	2	1	1	1	5
SMITH MEDICAL ESPAÑA	OB	2	1	2	1	6
CAJAL S.A	OB	2	1	1	0	4
VACUETTE SA	OB	2	1	2	1	6

La palomilla de las empresas Becton Dickinson, Biogen, Smith Medical, Vacuette y Cajal presentan un dispositivo de seguridad integrado e irreversible que resulta cómodo, sencillo y fácil de usar, y una aguja con una buena capacidad de punción así como unas aletas flexibles que facilitan su manejo. Sin embargo, la palomilla de la empresa Vacuette y Smith Medical resultan excelentes en cuanto a la capacidad de inserción del bisel facilitando enormemente la extracción de las muestras en el paciente y sin ofrecer apenas resistencia en la perforación de los tubos lo que produce menos molestias en el paciente a criterio de los profesionales que han utilizado las muestras. Resulta muy interesante y útil el dispositivo de clampeo que ofrece la empresa Smith Medical además esta empresa presenta varios sistemas de adaptación de diversos usos.

LOTE 9- CODIGO AM 24363 AGUJA PARA PUNCIÓN DE RESERVORIO SUBCUTÁNEO, CON BIOCONECTOR EN "Y", CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
B BRAUN SURGICAL SA	OB	1	1	1	1	4
SMITH MEDICAL ESPAÑA	OB	2	1	2	1	6

La aguja de punción de reservorio ofertada por Braun Surgical presenta un dispositivo poco práctico en su manejo, ya que el bioconector del sistema se presenta como un elemento suelto, no fusionado con la alargadera, por lo que no resulta seguro en su uso al no reunir las condiciones adecuadas de asepsia pues no lleva incorporado un tapón protector. Por otro lado la capacidad de inserción es aceptable y el dispositivo de seguridad de la aguja una vez retirada también lo es.

La aguja presentada por el licitante Smith Medical reúne todas las características necesarias que hacen que este dispositivo resulte excelente en cuanto a capacidad de punción y ergonomía, ya que presenta un bioconector integrado en la alargadera, y un sistema de seguridad muy intuitivo y cómodo que garantiza la protección total del profesional sanitario y del paciente. La capacidad de inserción del bisel resulta óptima y todo el dispositivo en su conjunto resulta muy sencillo de manejar incluso para el propio paciente.



LOTE 10- CODIGO AM 45336 AGUJA CON JERINGA, PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA, 0,5ML/50 UI, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
BECTON DICKINSON S.A.	OB 1	1	2	1	5

En cuanto al producto presentado por la empresa Becton Dickinson los profesionales destacan la satisfacción con el sistema de seguridad integrado que resulta muy intuitivo y fácil de activar, aporta una aguja con una buena capacidad de punción, sin espacios muertos, graduación de fácil lectura y la jeringa resulta muy cómoda tanto para la punción como para la carga y dosificación de medicación.

LOTE 12- CODIGO AM 45338 AGUJA CON JERINGA, PARA ADMINISTRACIÓN DE TUBERCULINA, 1ML, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
BECTON DICKINSON S.A.	OB 1	1	2	1	5
MECTRONIC IBERICA	OB 2	1	2	1	6

En cuanto al producto presentado por las empresas Becton Dickinson y Mectronic Iberica los profesionales destacan la satisfacción con el sistema de seguridad integrado que resulta muy intuitivo y fácil de activar en ambos casos, aporta una aguja con una buena capacidad de punción, sin espacios muertos, graduación de fácil lectura y la jeringa resulta muy cómoda tanto para la punción como para la carga y dosificación de medicación.

LOTE 13-CODIGO AM 45339 AGUJA CON JERINGA HEPARINIZADA PARA GASOMETRÍA, 3ML, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
BECTON DICKINSON S.A.U	OB 1	1	1	1	4
IHT MEDICAL SA	OB 2	1	1	0	4
CAJAL S.A	OB 1	1	1	0	3
SMITH MEDICAL ESPAÑA	OB 2	1	2	1	6

Las muestras ofertadas por las empresas BectonDickinson, IHT Medical, Smith Medical Y Cajal S.A han sido valoradas como óptimas tanto en la capacidad de inserción de la aguja como en el manejo de la jeringa. En cuanto a la seguridad la mejor valorada ha sido Smith Medical, siendo Becton Dickinson y Cajal S. A las peor valoradas en este aspecto ya que se ha detectado dificultad al activar el sistema de seguridad. En los resultados de las extracciones realizadas se ha detectado la presencia de algún coagulo en las muestras ofertadas por la empresa Becton Dickinson y Cajal S. A, así como mayor resistencia en el desplazamiento del embolo y un cierre con tapón deficiente...

LOTE 14-CODIGO AM 33762 AGUJA PUNTA ROMA, PARA CARGA DE MEDICACIÓN

EMPRESAS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN(HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
AMEBIL SL	OB 2	1	2	1	6
B. BRAUN MEDICAL SA	OB 2	1	2	1	6
BECTON DICKINSON S.A.U.	OB 2	1	2	1	6
SMITH MEDICAL ESPAÑA	OB 2	1	2	1	6

Las agujas de punta romana presentadas por los licitantes Amebil, BBraun Medical, Becton Dickinson, y Smith Medical aportan un bisel muy similar en cuanto a capacidad de punción

resultando muy seguras y cómodas en el manejo además de facilitar el acceso a todo tipo de viales así como su vaciado .

LOTE 15- CODIGO AM 45266 AGUJA PARA PLUMA, BOLÍGRAFO Y JERINGA PRECARGADA DE INSULINA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

EMPRESAS		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
BECTON DICKINSON S.A.U.	OB	2	1	2	1	6

El dispositivo de punción para plumas y bolígrafos ofertado por la empresa Becton Dickinson aporta todos los requisitos necesarios en cuanto a punción y seguridad para el profesional evitando cualquier tipo de contacto con la aguja de punción gracias a su doble sistema de seguridad y sobre todo resulta un dispositivo confortable, sencillo y fácil de usar por lo que ha sido valorado muy satisfactoriamente por todos los profesionales que lo han utilizado.

El licitante ofrece formación para los profesionales que vayan a usar los dispositivos.

LOTE 16- CODIGO AM 38 LANCETA DE PUNCION CAPILAR CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ADULTOS

EMPRESAS		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	FACILIDAD DE INSERCIÓN (HASTA 1 PUNTO)	ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A	OB	2	1	2	1	6
BECTON DICKINSON S.A.U.	OB	2	1	2	1	6
IZASA	OB	2	0	1	1	4

El material presentado por las empresas Menarini Diagnosticos S.A, Becton Dickinson S.A.U. e Izasa reúne las características mínimas exigidas, presentando un adecuado sistema de seguridad, fácil manejo, con ergonomía adecuada y capacidad de punción óptima. En cuanto al producto presentado por Izasa, se tiene ejercer demasiada presión para la punción.

LOTE 17- CODIGO AM 45340 AGUJA CON JERINGA PARA LA ADMINISTRACION DE INSULINA, 0,3/30 UI.

EMPRESAS		ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
BECTON DICKINSON S.A.	OB	1	1	2

El material presentado por la empresa, Becton Dickinson. Reúne las características mínimas exigidas, siendo valorada como aceptable en cuanto a la facilidad de punción y manejo, con una buena lectura de la escala graduada.

El licitante ofrece formación para los profesionales que vayan a usar los dispositivos.

LOTE 18- CODIGO AM 45341 AGUJA CON JERINGA, PARA AUTOADMINISTRACIÓN DE INSULINA DE PACIENTE, 0,5ML/50UI

EMPRESAS		ERGONOMIA Y MANEJABILIDAD (HASTA 2 PUNTOS)	CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO (HASTA 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	OB	1	1	2
AMEVISA S.A	OB	1	0	1
BECTON DICKINSON S.A.	OB	1	1	2

Las jeringas para autoadministración de insulina de paciente de los licitantes Becton Dickinson, Nacatur 2 España y Amevisa SA han obtenido una valoración aceptable en cuanto a manejo y diseño de la jeringa, con una escala de graduación con buena visibilidad y unas características técnicas adecuadas para el uso al que están destinadas.