

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA



INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN

PROCEDIMIENTO ABIERTO **PA 5/2017- 2020006806**

**SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA EL
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA**

LOTE 3

Equipo de Manometría Esofágica

Se procede a la evaluación de ofertas presentadas al lote 3, Equipo de Manometría Esofágica, del Procedimiento Abierto PA 5/2017- 2020006806 por parte de:

D. Jesús Legido Gil, Responsable de Digestivo del Complejo Asistencial de Segovia, dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

SISTEMA DE TRABAJO

Se les entrega la documentación de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, con el fin de proceder a la evaluación de las ofertas técnicas, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos que rigen en el procedimiento y asignando los puntos que correspondan en base a los criterios dependientes de un juicio de valor establecidos en la cláusula 15.1.1.del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

EMPRESAS LICITADORAS

EMPRESA LICITADORA	LOTES A LOS QUE LICITA
SYNMED	3



REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MANOMETRIA ESOFÁGICA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA EL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA

La oferta presentada por la Empresa licitadora SYNMED cumple con todos los requisitos mínimos exigidos, siendo los expuestos a continuación:

Software necesario con sistema de adquisición de datos: En Oferta Técnica figura: “Paquete de Software ManoScan y ManoView para Manometría Esofágica de Alta Resolución para estudios y cálculos específicos de la manometría estacionaria de: Esfínter esofágico superior, cuerpo esofágico , esfínter esofágico inferior”.

Ordenador de alta capacidad para el proceso de datos con los interfaces de comunicación necesarios para los equipos de adquisición de datos de última generación con el siguiente hardware mínimo: “Ordenador con las siguientes características: Procesador Intel i5, memoria RAM de 8 GB, Unidad de disco duro de 1Tb”.

Cámara de calibración.

Catéter esofágico alta resolución con 36 canales circunferenciales de estado sólido, cada uno con 12 puntos de medida: “Sonda con 36 canales circunferenciales en estado sólido, 12 sensores por canal y 432 puntos de registro”

Conexión en red para incorporar a sistema de información del paciente (historia clínica electrónica). Dentro del apartado “otras características” de la oferta técnica: Funcionamiento del software en red. Creación de los informes en PDF, Excel, Word, JPG para poderlos alojar en cualquier lugar de la red del hospital.

Carro o módulo con ruedas que integre todo el sistema.

Incluirá todos aquellos elementos (cables, soportes, sensores,...) y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

Funda-catéter desechable para sonda: La oferta incluye un “Kit de fundas para catéter esofágico”

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR EN LA OFERTA TÉCNICA.

Asimismo, hacemos una revisión de toda la documentación técnica que debe adjuntarse junto con la Oferta Técnica, como figura en el Apartado 4.1 del pliego de prescripciones técnicas para suministro de equipamiento.

Se nos presenta el siguiente material:

Manual de Instrucciones de Servicio. Manual de usuario y guía rápida.

Manual de instrucciones de mantenimiento.

Esquemas eléctricos, electrónicos y mecánicos.


Ficha técnica de los equipos.

Normas de seguridad. Guía rápida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (APARTADO 15 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES)

Presentación de una memoria esquemática que contenga aquellas mejoras a valorar sobre los requisitos mínimos exigidos, señalando como ejemplo el mayor cumplimiento de los criterios de clasificación de Chicago.	25 Puntos
---	-----------

- 1- Mayor número de puntos de medida para cumplir de forma estricta los criterios de clasificación de Chicago: 10 puntos. En la Oferta Técnica presentada incluye dentro del equipamiento: "Sonda en 36 canales circunferenciales en estado sólido 12 sensores por canal y 432 puntos de registro para manometría esofágica". Dicha especificación se ajusta a los criterios de la clasificación de Chicago.
- 2- Disponibilidad de fundas-catéter desechables que eviten el contacto directo, permitiendo el uso repetido del catéter evitando pasar por desinfección general: 10 puntos. En Oferta Técnica presentada especifican "Kit de fundas para catéter esofágico".
- 3- Diámetro máximo de sonda: 4,2 mm: 5 puntos. En apartado de "Características de los catéteres de Alta Resolución": Adultos/esofágico: 36 canales, diámetro de 4,2 mm, 10 mm de separación.



- 4- Integración. Mediante protocolo HL7 y cumpliendo las guías de integración de Sacyl, recepción de los datos de pacientes y lista de trabajo del HIS y emisión de informes para integrar en el HIS y en la estación clínica electrónica del hospital: 5 puntos. Dentro de la Oferta Técnica, el apartado “otras características”, informa sobre la “posibilidad de integración al HIS bajo protocolo HL7”.

EVALUACIÓN EMPRESAS PRESENTADAS

		Empresas licitadoras
		SYNMED
Resumen de Puntuación de Criterios	Presentación de una memoria	25 puntos
	Total puntuación	25 puntos

**JUSTIFICACIÓN DEL REPARTO DE PUNTUACIÓN**

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 45 puntos)		
EMPRESA: SYNMED		
LOTE:3		
Presentación de memoria		
	Mayor número de puntos de medida para cumplir de forma estricta los criterios de clasificación de Chicago	10
	Disponibilidad de fundas-catéter desechables que eviten el contacto directo, permitiendo el uso repetido del catéter evitando pasar por desinfección general	5
	Diámetro máximo de sonda: 4,2 mm	5
	Integración. Mediante protocolo HL7 y cumpliendo las guías de integración de Sacyl, recepción de los datos de pacientes y lista de trabajo del HIS y emisión de informes para integrar en el HIS y en la estación clínica electrónica del hospital	5
TOTAL PUNTUACIÓN		25

/

Y para que conste, se firma el presente informe en Segovia, a 23 de Noviembre de 2017.

Dr. Jesús Legido Gil
Responsable del Servicio de Aparato Digestivo

