HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID	**Recomendaciones para Pacientes portadores de Terapia de presión negativa PICO 7 ®**	Sacyl

Usted es portador de terapia de presión negativa, por lo que le explicamos los cuidados que requiere el dispositivo, y posibles **signos de alarma** por los que deba **acudir al Servicio de Urgencias**.

El dispositivo cuenta con diferentes **alarmas (orden de izquierda a derecha)**:



1- Parpadea la luz verde en el **OK**: funciona correctamente

2- Parpadea naranja, el apósito está parcialmente despegado: la máquina nos avisa cuando no haya suficiente vacío. La pérdida de vacío puede deberse a una pequeña fuga en el apósito. Si es así deberá acudir a su centro de salud. Revise el sello del apósito o la conexión del tubo.

3- Parpadea la luz roja, el apósito está saturado: cambiar el apósito (debe acudir a su centro de salud)

4- Parpadea luz roja > batería agotada> cambiar las pilas

Nota: La bomba está programada para **7 días.** Después de este periodo de tiempo, la bomba se detendrá, todas las luces se apagarán y no volverá a funcionar de nuevo, aunque le cambie las pilas.

Recomendaciones:

- Procure **no acodar el cable** del dispositivo.
- Al dormir, asegúrese de colocar la bomba en un lugar seguro donde no pueda caerse ni doblarse en cable.
- **Esta desaconsejado el baño sumergido**.

Signos de alarma:

- El depósito se llena rápidamente con sangre.
- El borde de la herida está enrojecido o irritado.
- El apósito parece suelto o flojo.
- La herida huele.
- Presenta dolor.
- Alguna de las alarmas anteriores no cesa, acuda a un profesional

Acuda a urgencias de su hospital de referencia

Precaución:

La bomba contiene un imán. Debe mantener la bomba a una distancia mínima de 10cm de los dispositivos implantables, como marcapasos, desfibriladores, válvulas de derivación, neuroestimuladores, implantes cocleares y/u otros equipos de mantenimiento de las funciones vitales, como las bombas de insulina.