HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID	**Recomendaciones para Pacientes portadores de Terapia de presión negativa Renasys ®**	Sacyl

Usted es portador de terapia de presión negativa, por lo que le explicamos los cuidados que requiere el dispositivo, y posibles **signos de alarma** por los que deba acudir al **Servicio de Urgencias**.

- La duración de la terapia se la indicará su médico y enfermera. Acuda a revisión según le indique el facultativo.
- No apague el equipo a menos que lo indique el personal sanitario.
- Si es portador de un dispositivo tipo VAC, puede ir acompañado de una bolsa de transporte. Procure que el dispositivo esté siempre en posición vertical.
- Puede caminar o realizar movimientos suaves, pero evite el ejercicio físico extenuante.
- Esta desaconsejado el baño sumergido. Puede ducharse siempre y cuando pince el tubo y desconecte la máquina. Intente no mojar el apósito.
- Al dormir procure no acodar ninguno de los cables del dispositivo y mantenerlo en posición vertical.

El dispositivo cuenta con diferentes **alarmas** que describimos a continuación:

- **Batería baja Renasys Touch®** (“Low Battery”): la duración de la batería puede estar entre las 20-40 horas. Se recomienda mantener enchufado el dispositivo mientras el paciente descanse. El dispositivo emitirá una alerta cuando queden menos de 2,5 horas de batería y una alarma cuando resten 20 minutos. Para solucionar el problema, enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente lo antes posible. Cargue el dispositivo durante 2,5 horas como máximo.

- **Presión negativa baja** (“Air Leak”): la máquina nos avisa cuando no haya suficiente vacío, en la pantalla del dispositivo Renasys Touch®. Además, usted notará que la bomba vibrará al intentar recuperar el vacío. La pérdida de vacío puede deberse a una pequeña fuga en el apósito, si es así deberá acudir a su centro de salud. Revise el sello del apósito o la conexión del tubo.

- **Cambio de depósito de Renasys Touch®** "Canister Full" (Recipiente lleno): el dispositivo detectó que el recipiente está lleno. Los recipientes deben cambiarse una vez a la semana o cuando estén llenos. Se retirará el recipiente lleno y se colocará uno nuevo.

- **Alarma por volcado de Renasys Touch®**: el dispositivo siempre debe colocarse en la posición correcta. Si el paciente se encuentra en decúbito sobre la cama, se mantendrá en vertical, en ningún momento tumbado sobre la cama.

Signos de alarma:

- El depósito se llena rápidamente con sangre.
- El borde de la herida está enrojecido o irritado.
- El apósito parece suelto o flojo.
- La herida huele.
- Presenta dolor.
- Alguna de las alarmas anteriores no cesa, acuda a un profesional.

Acuda a urgencias de su hospital de referencia